Vereinfachte Fadenlampe

M.		Mieses-Reif
----	--	-------------

Przemysl

Die Fadenlampe, welche zur Doppel- und Nachbildbestimmung verwendet wird, ist nur wenigen Augenärzten des Preises wegen zugänglich.

Ich habe eine Hülse mit einem Spalt von der Firma F. Reiner & Co., Fabrik für Röntgen- und elektromediz. Apparate, Wien IX, Pelikangasse 6, konstruieren lassen. Diese kann auf eine gewöhnliche zylindrische elektrische Taschenbatterie aufgesetzt werden.

Um von der Ladung der Taschenbatterie auch unabhängig sein zu können, wurde ein Steckkontakt zum Gehäuse der Taschenbatterie angefertigt.

Laut der beigelegten Photographie 1/3 natürlicher Größe, besteht das Instrument aus einer zylindrischen elektrischen Taschenbatterie, Hülse mit Spalt und evtl. Steckkontakt.

Vorteile: leicht zu erhaltende billige Zusammenstellung, leicht handlich, nicht erhitzbar und genug lichtstark für Doppel- und Nachbildbestimmung.

.-}*