La contraception intra-utérine avec le Lippes Loop

W.		Geisendorf
J.		Meylan

Genève

Adresse des auteurs: Dr W. Geisendorf et Dr J. Meylan, Policlinique de gynécologie, 32, Bid de la Cluse, CH-1200 Genève (Suisse)

Dès novembre 1964, nous utilisons les appareils intra-utérins sous forme de boucle de Lippes type C (et parfois D) tant en clientèle privée que dans notre service de Policlinique. Cela s'inscrit dans le cadre de notre activité pour le planning familial comme un moyen parmi d'autres; il ne s'agit pas d'une propagande de masse – comme elle est nécessaire dans les pays surpeuplés – mais d'une prescription individuelle.

Les indications doivent être soigneusement choisies: il s'agit avant tout de multipares, quelquefois de femmes n'ayant accouché qu'une fois, rarement de nullipares (indications psychiatriques).

Nous rappelons les contreindications classiques à toute contraception intra-utérine: inflammation génitale, présence de myomes, mé-norragies, cytologie de dépistage suspecte, malformations utérines.

Avant toute insertion, nous faisons un frottis de Papanicolaou sur le col, un frottis bactériologique dans le vagin, un contrôle de la sédimentation, une numération leucocytaire et, s'il y a lieu, un traitement anti-infectieux local ou une électro-coagulation du col.

Les effets secondaires que nous avons observés sont de petites métrorragies (spotting) dans à peu près la moitié des cas et des règles plus fortes dans 45 % des cas environ, tandis que la dysménorrhée est très rare.

Notre statistique porte, au 31 mai 1966, sur 236 patientes observées pendant 1 à 16 mois, ce qui représente un total de 874 «mois-femme» d'utilisation. Ces 236 patientes avaient eu à elles toutes 734 grossesses avec 493 enfants vivants et 22 enfants morts, et 219 avortements en grande majorité sous forme d'avortement thérapeutique (cela représente presque un avortement par patiente).

Le tableau suivant nous permet de résumer nos observations:

Nous soulignons l'absence complète d'infection génitale qui nous satisfait particulièrement.

446 Geisendorf, Meylan, La contraception intra-utérine avec le Lippes Loop

Nombre de «le insertion» «Mois-femme» d'utilisation

Grossesses involontaires

IUD en place IUD expulsé Total

Expulsions

Notées par la patiente Découvertes par le médecin Total

Retraîts

Raisons médicales Motifs indépendants Total

Infection génitale

Cas perdus de vue