Le diagnostic de l'infection amniotique

W.A.	William A.	Blanc
------	------------	-------

Institut de Pathologie de l'Université de Genève (Directeur: Prof. E. Rutishauser)

Paraîtra plus tard in extenso dans cette revue.

Présentation d'une curette pour biopsie de surface du col utérin

Par W. GEISENDORF, Geneve

Tout médecin qui s'intéresse au diagnostic précoce du cancer du col utérin doit pouvoir faire à son cabinet des biopsies de surface et posséder l'instrumentation appropriée.

La cuiller tranchante de Schiller rend de précieux services mais il faut l'aiguiser constamment car elle s'émousse chaque fois qu'elle est stérilisée.

Dans le film illustrant le rapport de MM. de Watteville, Geisendorf et Danon sur «Le diagnostic précoce du cancer du col et son traitement au stade non invasif» (Congrès d'Alger, mai 1952) nous avons montré l'instrument réalisé à notre demande par M. Canossa et que nous vous présentons aujourd'hui. Il s'agit d'une curette à lames interchangeables dont le tranchant est formé par un fragment de lame Gillette de 5 à 6 mm. de long maintenu un peu incurvé par un dispositif de serrage; le manche de l'instrument peut être stérilisé de n'importe quelle façon, les fragments de lame tranchante conservés dans l'alcool ne sont utilisés qu'une fois.

Cette curette permet de prélever sans causer ni douleur ni hé-morragie, sur le col amarré par une pince tire-balles, de petits copeaux qui suffisent parfaitement à l'histologiste entraîné pour poser un diagnostic.